Utilisation du tube de purge

(Il n'est pas nécessaire de remplir entièrement ce tube)

Quand ?

Lors de prélèvements
avec une unité à ailettes
sécurité automatique
BD Vacutainer® Push Button

Pourquoi ?

- Eliminer l'air présent dans la tubulure (volume mort)
- Assurer le maintien du ratio sang / anticoagulant

GHR
Mulhouse Sud-Alsace

En collaboration
avec BD

Ordre de remplissage des tubes BD Vacutainer®

SANS HÉMOCULTURE

AVEC AIGUILLE - **A UTILISER EN PRIORITÉ**

AVEC UNITÉ À AILETTES* / CATHÉTER* + VALVE BIDIRECTIONNELLE* **POUR LES VEINES DIFFICILES**

AVEC PICC LINE

AVEC HÉMOCULTURE



AVEC TOUS SYSTÈMES DE PRÉLÈVEMENT

DANS TOUS LES CAS, ATTENDRE L'ARRÊT COMPLET DE L'ÉCOULEMENT DU SANG POUR CHANGER DE TUBE

** Pour prélèvement sur cathéter ou valve bidirectionnelle, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur LLAD.*

AB•Com 09/18